BRAUN


No touch + touch thermometer

Quick start guide - Schnellstartanleitung - Guide de démarrage rapide


Patient must be inside for 30 minutes. Patient and device must be in same room for 10 minutes.

Der Patient und das Gerät müssen sich mindestens 30 Minuten in selben Raum aufhalten.

Le patient doit se trouver à l'intérieur pendant 30 minutes. Le patient et le dispositif doivent se trouver dans la même pièce pendant 10 minutes.



IMPORTANT! WICHTIG! IMPORTANT !




Helen of Troy

Kaz Europe Sàrl
A Helen of Troy Company
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne
Switzerland


www.BraunHealthcare.com
© 2020 All rights reserved.
Certain trademarks used under license from The Procter & Gamble Company or its affiliates
Made in China

Taking a temperature / Temperatur messen / Prendre une mesure de température


1



2




3



Hold thermometer steady. DO NOT swipe. Keep child still during reading.

Halten Sie das Thermometer ruhig. Wischen Sie NICHT. Halten Sie das Kind während der Messung ruhig.

Maintenir le thermomètre stable. NE PAS faire glisser. Maintenir l'enfant immobile pendant la mesure.




Yellow light shows where you are aiming

Ein gelbes Signal erscheint an der Stelle, auf die Sie zielen

Le témoin lumineux jaune indique l'endroit où vous visez

!




0 - 2 means the thermometer needs to move closer


„0-2" bedeutet, dass Sie das Thermometer näher heran bringen müssen

« 0-2 » signifie qu'il convient de rapprocher le thermomètre


4



5



6



REF BNT300WE
BNT300EE
P/N: A004439R0
11JUN20
CE 0279 MD
22 PAP