SCHRÖPFGLAS SET · CUPPING SET
SET DE VENTOUSES
ZESTAW BANIEK PROŻNIOWEJ
KÖPÖLYKÉSZLET



REF: DA819Set

DE Gebrauchsanleitung

Hochwertiges und vielseitiges Schröpfkopfset aus widerstandsfähigem Polycarbonat für eine professionelle Schröpftherapie.

Anwendung:
Vor Anwendung die Haut reinigen und trocken. Schröpfglas an der gewünschten Stelle anbringen. Durch Hubbewegung der Handpumpe das gewünschte Vakuum erzeugen und wirken lassen. Zum lösen des Schröpfkopfes leichten Druck auf das Ventil am Kopfende ausüben, um das Vakuum entweichen zu lassen.

Reinigung/Sterilisation:
Verwenden Sie zum Reinigen der Schröpfgläser lauwarmes Seifenwasser. Zum Sterilisieren der Becher kann ein Autoklav verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Ventile entfernen, bevor Sie die Schröpfgläser sterilisieren.

Hinweise:
Die Schröpfköpfe sollten nicht länger als 10 Minuten auf der Haut angebracht werden.
Die Schröpfköpfe müssen hygienisch auf der Haut angebracht werden.
Keine beschädigten Schröpfköpfe verwenden.

EN Manual

High-quality and versatile cupping set made from durable polycarbonate for professional cupping therapy.

Application:
Clean and dry skin before application. Attach the cupping glass to the desired location. Generate the desired vacuum with the hand pump and let it take effect. To remove the cupping glass, apply slight pressure to the valve at the head to release the vacuum.

Sterilization:
For cleaning the cups use lukewarm soapy water. To sterilize the cups an autoclave can be used. Please make sure to remove the silicone valves before sterilizing the cups.

Caution:
The cupping heads should not be placed on the skin for more than 10 minutes.
The cupping heads must be applied hygienically to the skin.
Do not use damaged cupping heads.

FR Mode d'emploi

Ensemble de ventouses de haute qualité et polyvalent, fabriqué en polycarbonate durable, pour une thérapie par ventouses professionnelle.

Application :
Nettoyer et sécher la peau avant l'utilisation.
Appliquer le verre à ventouses à l'endroit souhaité.
Créer le vide souhaité en soulevant la pompe manuelle et laisser agir.
Pour desserrer la ventouse, exercer une légère pression sur la valve située à l'extrémité de la tête afin de laisser le vide s'échapper.

Nettoyage/Stérilisation :
Pour nettoyer les ventouses, utiliser de l'eau tiède savonneuse.
Pour stériliser les coupes, vous pouvez utiliser un autoclave.
Veuillez-vous assurer de retirer les valves en silicone avant de stériliser les ventouses.

Remarques :
Les ventouses ne doivent pas être appliquées sur la peau pendant plus de 10 minutes.
Les têtes de ventouses doivent être appliquées sur la peau de manière hygiénique.
Ne pas utiliser de ventouses endommagées.

PL Instrukcja użytkowania

Wysokiej jakości zestaw baniek próżniowych.

Stosowanie baniek
Przed aplikacją oczyść i osusz skórę. Trzeba ją też lekko natłuścić. Bańkę należy przyłożyć do danej części ciała, następnie za pomocą pompki odessać powietrze, by w jej wnętrzu wytworzyła się próżnia. Stopień zassania skóry decyduje o intensywności zabiegu. W celu zdemontowania bańki należy nacisnąć skórę przy jej krawędzi lub poluzować zawór na głowicy, drugą ręką zdejmując naczynie.

Czyszczenie/Sterylizacja
Do czyszczenia baniek najlepiej użyć ciepłą wodę z mydłem. Można również wysterylizować je w autoklawie. Przed czyszczeniem konieczne jest usunięcie silikonowych zaworów.

Środki ostrożności
Nie należy utrzymywać baniek na skórze dłużej niż 10-15 minut.
Podczas aplikacji należy zachować odpowiednie warunki higieniczne.
Nigdy nie używaj uszkodzonych baniek.

HU Használati utasítás

Kiváló minőségű és sokoldalú köpölykészlet tartós polikarbonátból. Professzionális köpölyözési terápiához.

Használata:
Alkalmazás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrt. Rögzítse a köpölyt a kívánt helyre. A kézi pumpával állítsa elő a kívánt vákuumot, és hagyja hatni. A köpölycsésze eltávolításához enyhe nyomást kell gyakorolni a fejnél lévő szelepre, hogy felszabaduljon a vákuum.


Fertőtlenítés:
A csészék tisztításához használjon langyos, szappanos vizet. A csészék sterilizálásához autokláv használható. A csészék sterilizálása előtt feltétlenül távolítsa el a szilikon szelepeket.

Figyelmeztetés:
A köpölycsészéket 10 percnél tovább nem szabad a bőrre helyezni.
A köpölycsészéket higiénikusan megtisztított állapotban kell felhelyezni a bőrre.
Ne használjon sérült köpölycsészét!

Inhalt · Content · Contenu · Zawartość · Tartalom



12 x Ø 5cm | 2 x Ø 4,6cm | 2 x Ø 3,9cm | 2 x Ø 3,3cm | 1 x Ø 2,6cm



1x | 6x | 1x

www.acutop.com

DMC International Trading GmbH
Eichsfelder Str. 2
40595 Düsseldorf, Germany

AcuTop is a registered trademark of DMC International Trading GmbH, Germany
Version of information: Juli 2022
With the exception of technical modifications and errors

Editorial: DMC International Trading GmbH, Duesseldorf
Copyright by DMC International Trading GmbH, Duesseldorf